

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области,
АДРЕС: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб 619,
электронная почта: to38@fas.gov.ru
Телефон/факс: (3952)24-32-31

Заказчику: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Братская городская больница № 1"
АДРЕС: 665708, Иркутская, Братск, Подбельского, дом 42
электронная почта: BratskGB1@mail.ru
Тел +7 (3953) 457336
Ответственное лицо: Морозова Ирина Николаевна

От Индивидуального предпринимателя Смирнова Евгения Николаевича

Жалоба на документацию
(извещение № 31400835522)
на проведение запроса коммерческих предложений
на право заключить договор
на поставку, ввод в эксплуатацию и последующее гарантийное-
техническое обслуживание медицинского оборудования – гематологического
автоматического анализатора
для нужд ОГАУЗ «Братская городская больница №1»

Предмет жалобы

Считаем, что в документации извещения № 31400835522 техническому заданию запроса коммерческих предложений соответствует только одна модель прибора, а именно, гематологический автоматический анализатор SWELAB Alfa Standard (производитель: Boule Medical AB, Швеция, импортер в РФ: ЗАО «ДИАКОН»), что неправомерно ограничивает другие компании в участии в данном открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, имеет место ограничение количества участников запроса предложений, что является нарушением ч.6.ст.83 Закона 44-ФЗ, где указано: «При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников запроса предложений или доступа к участию в запросе предложений»

В дополнение приводим таблицу сравнения основных технических характеристик товара в сравнении с широко распространенными гематологическими автоматическими анализаторами:

Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные (медико-технические)	Требуемая функция или величина параметра	SWELAB Alfa Standard (Boule Medical AB, Швеция)	Medonic M20M GP (Boule Medical A.B., Швеция)	MEK-6450 (KNIHON KONDEN, Япония)	Drew3 (Drew Scientific, США)

Иркутское УФАС России
ВХОДЯЩИЙ
№41 от 29.01.2014г.

характеристики приобретаемого товара					
Тип аппарата	Гематологический автоматический анализатор	соответствие	соответствие	соответствие	соответствие
Количество определяемых параметров	Не менее 20	соответствие	соответствие	соответствие	соответствие
Измеряемые параметры	Перечисление параметров	соответствие	соответствие	соответствие	соответствие
Производительность	Не менее 67 исследований в час	соответствие	соответствие	Несоответствие	Несоответствие
Система дозирования	поворотный клапан	соответствие	соответствие	Несоответствие	Несоответствие
Встроенный миксер на 5 пробирок	Наличие	соответствие	соответствие	Несоответствие	Несоответствие
Встроенный адаптер MCI для работы с end-to-end капиллярами	Наличие	соответствие	соответствие	Несоответствие	Несоответствие
Дискриминатор для WBC с фиксированным диапазоном популяции средних клеток (MID-cell)	наличие	соответствие	Несоответствие	соответствие	соответствие
Встроенная программа контроля качества	Наличие	соответствие	соответствие	соответствие	соответствие

Из данной таблицы следует, что ни одна другая модель анализаторов, кроме SWELAB Alfa Standard, несмотря на то, что отвечает основным требованиям задания, не может быть заявлена участниками, т.к. имеет несоответствия по характеристикам.

В целях соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, недопущения нарушения принципа эффективности и экономности использования бюджетных средств, а также в целях предупреждения коррупционной составляющей в ходе государственных торгов и дезинформации ответственных за составление документации лиц, просим Вас учесть вышесказанное и приостановить данный запрос коммерческих предложений или признать его несостоявшимся.

ИП Смирнов
28.01.2014

